

江阴市医学会

澄医会〔2023〕215号



关于开展2023年医学检验科现场核查的通知

各有关医疗机构：

为持续改进医疗质量，进一步推动医疗机构检验结果互认，现决定委托市检验质控小组对我市医疗机构实验室室间质评数据、上报质量指标数据的真实性以及室内质控的开展情况和上报情况进行现场核查。拟定于12月12-14日对14家医疗机构医学检验科进行现场核查，现将有关事项通知如下：

一、核查时间：2023年12月12-14日三天。

二、核查对象：详见附件1。

三、核查方式：以查阅资料、现场查看、数据的调取和比对、调查访谈等形式进行核查。

四、实验室需准备的相关资料

- 1.实验室开展项目清单；
- 2.实验室室内质控开展项目清单，室内质控分析及失控报告；
- 3.2023 年实验室参加江苏省、无锡市室间质评报告，不符合项目分析；
- 4.实验室间比对报告；
- 5.对“临床实验室质量指标”的持续改进措施措施；
- 6.外网电脑(可登录微信),方便打印“实验室现场核查情况”。

五、工作要求：

请各实验室积极配合专家做好现场核查工作，对于现场核查中发现的问题，各医疗机构实验室要切实落实整改，并将整改报告(附佐证)于 12 月 30 日前加盖单位公章后 PDF 版发送至邮箱 zhouyj1@jyrmyy.com。

- 附件：1. 2023 年医学检验科现场核查时间安排表
2.2023 年度无锡市医疗机构临床实验室现场督导检查表



附件 1

2023 年医学检验科现场核查时间安排表

日期	核查单位	联系人
12 月 12 日	江阴南闸医院 江阴市中医肝胆医院 江阴市青阳医院 江阴徐霞客医院	王珂 18921233301
12 月 13 日	江阴市第四人民医院 江阴市第五人民医院 江阴河塘医院 江阴澄江升泰门诊部 江阴牙博士口腔门诊	林江 18921233386
12 月 14 日	江阴临港医院 江阴市第三人民医院 江阴九龙医院（东院区） 江阴长江医院 江阴良成门诊部	江海强 17768319168

附件 2

2023 年度无锡市医疗机构临床实验室现场督导检查表

医院名称:

督导专家:

督导时间:

1、室间质评:

(1)、查看 2023 年第 2 次无锡市各专业室间质评报告 (血细胞分析 8 项、常规生化 24 项、传染病标志物 8 项、凝血 4 项、细菌鉴定), 核对是否有已开展的检验项目未参加室间质评?

否 (), 是 ()。

未参加的项目是_____。

理由_____。

(2)、是否参加国家和省室间质评?

参加国家室间质评情况: 是 () 参加项目数 () 否 ()

参加江苏省室间质评情况: 是 () 参加项目数 () 否 ()

(3)、核对仪器内的原始数据 (或留存的照片), 观察 2023 年第 2 次上报的无锡市室间质评数据是否被修改?

否 (), 是 (), 未保存原始数据 ()。

修改专业_____。

修改理由_____。

(4)、对反馈的室间质评结果是否有分析记录和整改措施?

是 (), 否 (), 仅部分项目有 ()。

2、室内质控:

(1)、针对省互认专业和项目, 通过核对原始数据和订货发票核实全年是否能按时开展室内质控? 是 (), 否 ()。

不能按要求开展的具体项目: _____。

(2)、非互认项目是否开展室内质控或有室内质控措施?

均开展 (), 部分开展 (), 均未开展 ()。

(3)、参加市室间质评的项目是否上传室内质控数据? 是 (), 否 ()。

(4)、现场查看各专业室内质控图, 观察靶值、CV 设置是否合理? 是 (), 否 ()。

(5)、室内质控失控后是否有调查、有记录? 是 (), 否 (), 仅部分项目有 ()。

3、质量指标：

质量指标	2023年 第3季度	数据来源	数据真实性	备注
■检验前质量控制指标				
血培养污染率				
血培养污染标本数		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为：	
血培养标本总数		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为：	
常规凝血检验前周转时间中位数		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为：	
■检验中质量控制指标				
室内质控项目开展率				
开展室内质控项目数		LIS () 手工计算 () 估算 ()		
检验项目总数		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为：	
室内质控项目变异系数不合格率				
室内质控项目变异系数不合格数		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为：	
已开展室内质控项目总数		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为：	
室间质评项目参加率				
市临检中心室间质评项目参加数		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为：	
已有市临检中心室间质评项目总数		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为：	

室间质评项目不合格率				
参加国家、省、市临检中心室间质评不合格		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为:	
参加国家、省、市临检中心室间质评项目总		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为:	
实验室间比对率 (用于无室间质评计划检验				
执行实验室间比对的检验项目数		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为:	
同期无室间质评计划检验项目总数		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为:	
常规生化实验室内周转时间中位数		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为:	
■检验后质量控制指标				
危急值通报率				
已通报危急值数		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为:	
需要通报危急值总数		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为:	
危急值通报及时率				
危急值通报时间满足规定时间的检验项目数		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为:	
需要危急值通报的检验项目总数		LIS () 手工计算 () 估算 ()	是 ()； 否 () 应为:	

抄送：市卫生健康委、市科协、市民政局。

江阴市医学会

2023年12月8日印发
